KERN **ORA 1WA**

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie



Datum van opstelling: 23.06.2026

Categorie	
Merk	Optics
Productcategorie	Refractometer
Productgroep	Analoge refractometer
Productfamilie	ORA-W

Meetsysteem	
schaalen	Brix Oechsle KMW (Babo)
Meettemperatuur [Max] (°C)	30 °C
Meettemperatuur [Min] (°C)	10 °C
Afleesbaarheden [d]	0,2 % 1 °Oe 0,25 °KMW
Geschikte kalibratievloeistof	0 % (gedestilleerd water)
Meetmethode	Refractie
Automatische temperatuurcompensatie (ATC)	✓
Meetbereik KMW (Babo) [Min]	0 °KMW
Meetbereik KMW (Babo) [Max]	25 °KMW
Uitlezing KMW (Babo)	0,25 °KMW
Meetbereik Oechsle [Min]	0 °Oe
Meetbereik Oechsle [Max]	140 °Oe
Schaal KMW (Babo)	✓
Uitlezing Oechsle	1 °Oe
Schaal Oechsle	✓
Meetbereiken	0 % - 32 % 0 °Oe - 140 °Oe 0 °KMW - 25 °KMW
Toepassingsgebied	Wijn
Afdeling Brix	0,2%
Meetbereik Brix [Min]	0%
Meetbereik Brix [Max]	23%
Schaal Brix	✓

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	212×910×60 mm
Refractometer type	Handrefractometer
Schaal - Display type	Analoog
Materiaal prisma	ZLaF3 lanthaan vuursteenglas nD=1,85544

Functies	
Automatische temperatuurcompensatie	✓
Bescherming IP - complete unit	-

Milieuomstandigheden	
Opslagtemperatuur [Min]	-5 °C
Opslagtemperatuur [Max]	40 °C

Diensten	
Artikelnummer voor fabriekskalibratie	961-290

Verpakking & verzending	
Afmetingen transportcontainer (B×D×H)	205×75×55 mm
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	215×94×65 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,40 kg
Verzendgewicht	0,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	0,3 kg

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761483026
Goederencode	90275000
REACH classificatie	geen verboden stoffen

KERN **ORA 1WA**

Meting brekingsindex voor laboratoria en de industrie

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

